


Referans Blok Tip 1 (MTU Nr.3)



EN ISO 9934-2:2007 standardına göre hazırlanmış ve çatlak kontrol sıvısının gösterge hassasiyetini kontrol için kullanılan ortası delik dairesel bir ringdir.


- Her iki yüzeyinde tabii çatlaklar bulunur.
- Flüoresan ve flüoresan olmayan muayene ortamlarında kullanılabilir.
- Referans fotoğrafları ile birlikte verilir.

Bu ringin her iki yüzeyinde değişik şekillerde ve yönlerde, genişlik, derinlik ve boyları farklı tabii çatlaklar vardır. Ring tabii manyetik olup kesinlikle manyetize edilmez.


Her test bloğunun kendine has yüzeysel çatlakları vardır. Bir test bloğu diğeriyle karşılaştırılmaz. Diğer bir deyişle bir test bloğunun görüntüleri ancak kendi görüntüleriyle karşılaştırılır.

Flüoresan sıvılar olduğu gibi test bloğu yüzeyine verilir ve UV ışık altında değerlendirilir.

Flüoresan olmayan diğer renkli veya siyah tozların testi için, öncelikle test bloğunun bir yüzeyinde beyaz bir yüzey boyası ile beyaz art alan oluşturulur. Sonra istenilen test yapılır.



Test Sıvısı İyi



Test Sıvısı Kötü

Teknoloji Üretir, Çatlakları Görünür Kılar... >>>



Gemlik Sanayi Sitesi B Blok
No: 12 Gemlik-Bursa TÜRKİYE
Tel: +90 224 524 73 25 (Pbx)
Faks: +90 224 524 73 31
www.tmmndt.com